

管理医療機器 医薬品ペン型注入器

# オムニトロフ<sup>®</sup>ペン5 オムニトロフ<sup>®</sup>ペン10

## 包装表示変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、オムニトロフペン5・10につきまして、包装表示を変更することとなりましたのでご案内申し上げます。

当分の間、新旧製品が混在することになり、何かとご迷惑をお掛け致しますが、ご寛容賜り、今後とも、弊社製品につきましてなお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 変更内容

- 個装箱に力価を追記しました。

従来品	変更品
<p>管理医療機器:医薬品ペン型注入器 (ヒト成長ホルモン製剤注入器)</p> <p><b>Omnitrope<sup>®</sup> Pen10</b> <b>オムニトロフ<sup>®</sup>ペン10</b> ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」専用</p>	<p>管理医療機器:医薬品ペン型注入器(ヒト成長ホルモン製剤注入器)</p> <p><b>Omnitrope<sup>®</sup> Pen10</b> <b>オムニトロフ<sup>®</sup>ペン10</b> ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」専用 [ソマトロピン(遺伝子組換え)6.7mg/mL]</p> <p>↑ 力価を追記</p>

※個装箱サイズ・統一商品コード・JANコード・GS1コードの変更はございません。

- 個装箱の使用開始期限の表示方法が変更になります。

従来品	変更品
YYYY. MM 例) 2014.10	YYYY-MM 例) 2014-10

裏面に続く

## 2. 変更品出荷予定時期及び変更開始ロット

製品名	包装規格	出荷予定時期	変更開始ロット	使用開始期限
オムニトロープペン5	1本	2014年11月	14161001	2016年6月
オムニトロープペン10	1本	2014年11月	14171001	2016年6月

※弊社在庫状況により出荷時期が前後する場合がございますが、ご容赦を賜りますようお願い申し上げます。

## 3. 変更品識別方法

- 変更品の識別表示は致しません。

以上

お問い合わせ先

サンド株式会社 カスタマーケアグループ



**0120-982-001**

受付時間 9:00~17:00  
(土・日、祝日及び当社休日を除く)

URL <http://www.sandoz.jp>